lopital®
Creating balance in healthcare

Manual de instrucciones

Silla de ruedas para ducha/aseo ´Tango´

Importante:
¡Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la silla Tango!

Fecha de puesta de servicio

.....

Usuario

.....

Nombre

.....

Dirección

.....

Manufactured by:
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl

Índice

Introducción	4
Seguridad	4
Frenos	5
Sentarse / levantarse	5
Reposapiés plegables	5
Cómo plegar los reposabrazos	5
Cierre delantero con bloqueo	6
Uso de la cuña / orinal	6
Uso con el inodoro	6
Mantenimiento	7
Datos técnicos	7


Manillar para empujar la silla
Resposabrazos plegable opción: cierre delantero con bloqueo opción 68405660
Respaldo
Guía para orinal o cuña
Asiento + tapa
Reposapies plegables / desmontables
Rueda giratoria 125 Ø con freno doble

Introducción

La silla de ruedas para ducha/aseo 'Tango' es una herramienta para el cuidado y aseo de pacientes y residentes. Su maniobrabilidad hace de esta silla un producto muy fácil de utilizar.

Tango es una silla de ruedas para ducha y aseo con reposabrazos plegables independientes de acero inoxidable, asiento de poliuretano, rail para una cuña u orinal y reposapies plegables desmontables.

Desde Lopital Nederland B.V., nos sentimos muy orgullosos de que usted haya elegido un producto de calidad. Sus años de experiencia en el desarrollo y producción de accesorios para baño, aseo y ducha, han convertido a Lopital Nederland B.V. en una empresa líder en este sector. Sus sillas para ducha cumplen con todas las normas CE de seguridad. Estas normas son conforme a la directiva núm. 93/42 UE para instrumental médico del 14 de junio de 1993.

Lopital Nederland B.V. ofrece una garantía de fábrica de dos años para sus productos para ducha y aseo. Esta garantía no incluye el desgaste derivado del uso normal, así como los daños producidos por un uso inadecuado del producto. Lopital Nederland B.V. no se hace responsable de cualquier tipo de daño personal derivado del uso impropio de sus sillas de ruedas para ducha y aseo.

Seguridad

Tango es un producto seguro y fácil de utilizar, especialmente en ambientes húmedos. A continuación le damos algunos consejos de seguridad:

- Nunca deje al paciente solo en la silla (excepto en casos de urgencia).
- Ponga el freno en la silla mientras se está utilizando.
- Procure no conducir la silla demasiado cerca de las paredes o jambas, ya que el paciente podría pillarse las manos entre la silla y la pared o jamba.

Si tiene cualquier pregunta o si detecta cualquier defecto, póngase en contacto con Lopital Nederland B.V. en el e-mail: service@lopital.nl.

Frenos



- Para poner el freno a la silla Tango, pise la pestaña saliente (1) sobre la rueda.
- Para quitar el freno de la silla Tango, pise la pestaña inferior (2) sobre la rueda.

Sentarse / levantarse

- El cuidador pliega los reposapiés en caso de que fuera necesario
- El paciente permanece erguido y se sostiene apoyándose en un apoyo fijo, por ejemplo una cama o una barandilla.
- El/la cuidador empuja la silla Tango hasta situarla detrás del paciente.
- Durante la transferencia del paciente, la silla Tango deberá tener los frenos puestos.
- El paciente puede sentarse.

Para levantarse, siga los mismos pasos en orden inverso.

Reposapiés plegables

- Antes de desplazar la silla Tango, el cuidador deberá desplegar los reposapiés.
- El paciente coloca primero una pierna, a continuación el cuidador abate el reposapiés y coloca el pie sobre el apoyo. Después repite la operación con el otro pie.

Cómo plegar los reposabrazos

Los reposabrazos plegables independientes son muy fáciles de plegar. Proteja al paciente cuando suba o baje los reposabrazos.
Cuando están plegados, éstos no deberían caerse, si fuera así consulte con su distribuidor.

Atención: Cuando baje los reposabrazos evite el punto de articulación para que no se le queden atrapados los dedos.

Cierre delantero con bloqueo (opción 68405660)



- Cuando el paciente se haya sentado en la silla Tango, se bajan los reposabrazos con cierre delantero y se giran hacia el paciente.
- Cuando se guarde la silla, los reposabrazos con cierre delantero deben estar en posición horizontal.
- Para desbloquear los reposabrazos, presione el pestillo de seguridad situado en el punto de articulación del bastidor (ver imagen). Después ya se puede girar el reposabrazos hacia el paciente y levantarlo para plegarlo.
- Proteja al paciente cada vez que suba los reposabrazos para plegarlos.
- Los reposabrazos también pueden utilizarse como apoyo a la hora de sentarse en la silla. Para ello, compruebe que los reposabrazos estén bloqueados en todas las direcciones.

Atención: cuando baje los reposabrazos, tenga cuidado de no pillarse los dedos en el punto de articulación.

Uso de la cuña / orinal

- Si utiliza la silla Tango como silla de inodoro, puede deslizar una cuña u orinal por la guía especial.
- La cuña u orinal se desliza por la parte posterior de la silla.

Para evitar heridas en el paciente, le aconsejamos que retire la tapa situada en el asiento y coloque el orinal antes de que el paciente se siente.

Uso con el inodoro

- La silla Tango también puede colocarse sobre el inodoro.
- Cuando el paciente se haya sentado, el cuidador maniobra la silla hacia atrás hasta situarla sobre el inodoro.

Para evitar heridas al paciente le aconsejamos que retire la tapa de la silla y antes de que se siente el paciente.

Nota: la silla Tango no es apta para todo tipo de inodoro.

Mantenimiento

- La silla Tango debe limpiarse después de cada uso con agua y un producto de limpieza normal. No utilice productos abrasivos u otras sustancias agresivas (como el cloro).
- Si hay que desinfectar la silla Tango, le aconsejamos que utilice Neoquat combi®. No utilice productos con alcohol.
- Compruebe con regularidad que las ruedas no tengan cabellos o pelusas, y retírelos si fuera necesario.
- Elimine los restos de jabón.
- El mantenimiento y reparación deberán ser realizados únicamente por personal autorizado.

Datos técnicos

Tubos de acero provistos de doble capa de revestimiento
Reposabrazos plegables de poliuretano

Carga máxima permitida	135 kg.
Peso propio modelo base 51005700	19 kg.

USER5700 08/2008

lopital®

Si desea más información, visite nuestro sitio web www.lopital.es
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

CE